

Special Instruments- Digima FP

Differenzdruck-Messgerät



Reparaturbericht



Stammdaten

Gerätebezeichnung: Druckanzeiger
Bemerkungen: Gerät zur freien Verfügung ins Lager gestellt.
Typ / Modell-Nr.: Digma FP
Eigenbau
Baujahr: 12.10.2020

IPC-Nummer: 146.20
Zeichnungs-Nr:
Ld.Nds.Nr.: 1549171.00

Serien-Nr.: -
Hersteller: SI Spezial Instruments
Gebaut von:
Abteilung: Wodtke

Verschrottet!

Eingang	Auftraggeber	Abteilung	Ausgang	Bearbeiter
12.10.2020	Fridrich Güthoff	Wodtke	12.10.2020	Fabian Schlieper

Fehlerbeschreibung

Funktion gegeben, aber VDE Schutzleiter nicht bestanden.

Bemerkungen

Eintrag nach nicht bestandener VDE Prüfung.

Ausgeführte Arbeiten

Kein Schutzleiter vorhanden. PE installiert. M4 verschraubung jeweils an vor und Rückplatte eingebaut.

VDE Prüfung bestanden

Funktionsprüfung bestanden